

## 質問回答書

件名： 非医療従事者向け自動体外式除細動器(AED)1式 貸借

番号	質問対象書類	質問対象項目	質問内容	回答内容
(例)	仕様書	仕様書 P. 2 6. 2 「・・・・・」		
1	仕様書	仕様書 P. 1 5. 仕様等 A. 機器 仕様 (12)	NIES本部(つくば市)とNIES水環境ステーション(稲敷郡)の既存AED収納ボックス も琵琶湖分室と同一でしょうか?	同一ではありません。
2	仕様書	仕様書 P. 1 5. 仕様等 A. 機器 仕様 (12)	既存AED収納ボックスに現在格納されているAEDの機種を御教示お願い申し 上げます。もしくは、収納ボックスの寸法を御提示頂くことは可能でしょ うか?	茨城県内設置分につきましては、フィリップス・ジャパンのハートスタートHS1及び日本光電のAED- 3100です。 (滋賀県設置分については、収納ボックスの型番を明示しているため記載を省略します。)
3	入札説明書	入札説明書 8. 入札及び開札 (1)電子入札の場合	「電話連絡先が記載された書類をPDF化し添付」とございますが、任意の 書式で宜しいでしょうか?	必要事項が記載されていれば任意様式で結構です。
4	仕様書	仕様書 P. 2 5. A(13)「難聴者及び…」	機器仕様を満たす〇〇〇(型番)による応札は可能でしょうか。 <b>※型番が特定されないよう削除いたしました。</b>	公平かつ透明な入札を実施するため、個別機種の可否について本回答書での判断・提示は行いません。入札参加を希望する事業者様は、仕様書に示す仕様等を満たすことを証明する書類、機器の構成表(代替としてカタログ等の添付可)をご提出ください。なお、証明する書類の参考様式として別添Wordファイルを提示しますので、ご確認をお願いします。
5				