

公開見積競争(令和7年度 マルチモードマイクロプレートリーダー 一式)
に対する質問回答書

国立研究開発法人国立環境研究所
(閲覧期間:令和7年12月2日～12月9日)

令和7年度 マルチモードマイクロプレートリーダー 一式

項番	項目	内容
1	仕様書項番	4.仕様 ③
	質問	単位はafmolではなくamolでよろしいでしょうか。
	回答	ご指摘の通りamolです。「発光測定検出感度は7amol」の誤記でした。申し訳ございません。